ACCU·CHEK®
FastClix

Vorbereitung
Lanzettentrommel einsetzen

1 Kappe abziehen

2 Trommel einführen

3 Kappe aufsetzen



Drehen Sie die Kappe bis die gewünschte Stechtiefe an der Markierung steht.

Blutgewinnung
Einfach nur 1 Klick!

Drücken Sie den Auslöseknopf vollständig nach unten, um Blut zu entnehmen.

Nachbereitung
Lanzettentrommel bereitstellen und entfernen



1 Hebel bis zum Anschlag erst nach unten, danach wieder nach oben bewegen.

2 Bei der Entfernung Kappe ab- und Trommel herausziehen.

Unbenutzte Trommel

Benutzte Trommel

Achtung: Lanzettentrommel nicht entfernen, bevor alle Lanzetten aufgebraucht sind. Einmal entfernt, kann die Trommel aus hygienischen Gründen nicht wieder eingesetzt werden.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE und FASTCLIX sind Marken von Roche. © 2025 Roche Diagnostics Deutschland
accu-chek.de | Roche Diagnostics Deutschland GmbH | Sandhofer Straße 116 | 68305 Mannheim

08182426990 © 0625 Deutsch