# ACCU·CHEK®
Instant

Roche

Pulsante di navigazione

Scala cromatica intuitiva (per interpretare i risultati del test)

Pulsante di navigazione

Tasto di espulsione

Fessura guidata della striscia reattiva

Striscia reattiva con bordo giallo per l'applicazione della goccia di sangue

## Misurazione della glicemia con sole quattro operazioni

1

**Inserimento della striscia reattiva**

Lavarsi le mani con acqua calda e sapone e asciugarle accuratamente prima di effettuare la misurazione. Il misuratore di glicemia si attiva all'inserimento della striscia reattiva.

2

**Esecuzione del prelievo di sangue**

Quando appare il simbolo della goccia lampeggiante, utilizzare il pungidito per eseguire il prelievo di sangue.

3



**Applicazione del sangue**

Toccare la goccia di sangue con il bordo giallo della striscia reattiva. Allontanare il dito dalla striscia reattiva non appena sul display lampeggia il simbolo della clessidra.

4

**Lettura del risultato del test**

Il risultato del test appare sul display in meno di 4 secondi. La freccia indica se il risultato del test è al di sopra, all'interno o al di sotto dell'intervallo ideale.

# ACCU·CHEK®
## Softclix

Roche

## Prelievo di sangue delicato con poche operazioni

1

**Preparativi**

Lavarsi le mani con acqua calda e sapone prima di effettuare il prelievo di sangue. Asciugare bene le mani.

2



**Togliere il cappuccio del pungidito**

Si inizia togliendo il cappuccio dal pungidito.

3



**Inserire la lancetta**

Inserire una nuova lancetta nel portalancetta. Svitare il cappuccio di protezione dalla lancetta. Riposizionare il cappuccio sul pungidito.

4




**Regolare la profondità di puntura**

Si possono regolare 11 profondità di puntura (da 0,5 a 5,5). Ruotare il cappuccio del pungidito fino a raggiungere il simbolo della profondità di puntura desiderata.

5



**Caricare il pungidito e prelevare la goccia di sangue**

Premere il pulsante di carica fino in fondo. Il pungidito è caricato quando il centro del pulsante di rilascio è giallo. Premere fermamente il pungidito sul punto di prelievo prescelto. Premere il pulsante di rilascio per prelevare il sangue.

6



**Rimuovere la lancetta usata**

Togliere il cappuccio dal pungidito e spingere in avanti l'espulsore per rimuovere la lancetta usata. Riposizionare il cappuccio del pungidito.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT und SOFTCLIX sind Marken von Roche. © 2025 Roche Diagnostics Deutschland
accu-chek.de | Roche Diagnostics Deutschland GmbH | Sandhofer Straße 116 | 68305 Mannheim

© 0625 Italienisch